

Nécessité de moderniser la matériel de spirométrie

Préférer les petit spiromètre raccordée a un ordinateur qui s'apprêtent mieux a suivre les Critères d'acceptabilité d'une courbe débit- volumes

Critères d'acceptabilité d'une courbe débit- volumes

- ✓ Bon départ de l'expiration
- ✓ Absence de toux
- ✓ Absence de variation de débit
- ✓ Pas de fin prématurée de l'expiration
- ✓ Reproductibilité.

Interprétation

Nécessité d'utiliser les normes Tunisienne (Disponible sur Exel)

Déficit ventilatoire obstructive(extra thoracique- intra thoracique proximal et distale)

Déficit ventilatoire restrictive ; Déficit ventilatoire mixte.

Test de marche de six minutes

Respecter les contre-indications.

Biens expliquer aux malade

Couloire de 30 mètres avec marquage

Saturomètres portée par le patient.